



Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR

Av. ROCHA POMBO 1453 - TELEFAX: 44 3252-4545

EMAIL: licitacao@novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2013/2016

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Nova Esperança, Estado do Paraná, comunica aos Interessados em participar do **Pregão Presencial nº 0121/2015**, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CARDIOVERSOR, ASPIRADOR CIRÚRGICO, RESPIRADOR DE TRANSPORTE, MONITOR E BOMBA DE INFUSÃO), destinados ao Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, através dos recursos do Programa HOSPSUS III, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, **sofreu alterações na proposta de preço anexo I do edital:**

ONDE-SE LÊ: Item nº 05 - BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) - bomba de infusão peristáltica rotativa, indicada para administração de medicamento ou agentes terapêuticos que requeira um preciso controle de volume e velocidade de infusão (vazão ou fluxo). Características sistema operacional simplificado, com mensagens em português espanhol e inglês utiliza equipos descartáveis específicos com segmento de silicone controlado através da impressão e da identificação do lote, possibilitando a sua rastreabilidade funções Bolus e Purge (preenchimento). Configuração para uso adulto e pediátrico programação para infusões parenterais e enterais controle de vazão de 0,1 a 1.200,0 ml/h (incremento de 0,1ml/h) opera com volumes de 0,1 a 9.999,9ml permite a alteração da vazão durante a infusão com opção de zerar o volume infundido função KVO (KEEP VEIN OPEN) programável de 1 a 10 ml/h e pausa com KVO controle de gotejamento através de sensor óptico e controle de bolhas de ar no equipo através de sensor por ultra-som ajuste do volume do alarme sonoro (2 níveis) função de bloqueio do teclado frontal, impedindo que algum parâmetro seja alterado pelo paciente alarmes sonoro e visual (com indicação no display) de mal funcionamento, indicando o tipo de ocorrência e mais os seguintes alarmes: ar no equipo fluxo livre, oclusão ou fim de solução, bateria descarregada, fim de infusão, porta aberta infusão interrompida, sensor de gotas desconectado ligado à rede elétrica funcionamento em bateria bateria fraca infusão KVO valores fora da faixa de infusão teclado bloqueado memória interna dos últimos 1500 eventos com data e horário em que ocorreram dotada de bateria interna recarregável com autonomia de 3 horas proteção contra entrada de líquidos (IPX1).

LEIA-SE: Item nº 05 - BOMBA DE INFUSÃO - bomba de infusão peristáltica rotativa, indicada para administração de medicamento ou agentes terapêuticos que requeira um preciso controle de volume e velocidade de infusão (vazão ou fluxo). Características sistema operacional simplificado, com mensagens em português espanhol e inglês utiliza equipo descartáveis específicos com segmento de silicone controlado através da impressão e da identificação do lote, possibilitando a sua rastreabilidade funções Bolus e Purge (preenchimento). Configuração para uso adulto e pediátrico programação para infusões parenterais e enterais controle de vazão de aproximadamente 0,1 a 1.200,0 ml/h (incremento de 0,1ml/h) opera com volumes de aproximadamente 0,1 a 9.999,9ml permite a alteração da vazão durante a infusão com opção de zerar o volume infundido função KVO (KEEP VEIN OPEN) programação aproximada de 1 a 10 ml/h e pausa com KVO controle de gotejamento através de sensor óptico e controle de bolhas de ar no equipo através de sensor por ultra-som ajuste do volume do alarme sonoro no mínimo (2 níveis) função de bloqueio do teclado frontal, impedindo que algum parâmetro seja alterado pelo paciente alarmes sonoro e visual (com indicação no display) de mal funcionamento, indicando o tipo de ocorrência e mais os seguintes alarmes: ar no equipo fluxo livre, oclusão ou fim de solução, bateria descarregada, fim de infusão, porta aberta infusão interrompida, sensor de gotas desconectado ligado à rede elétrica funcionamento em bateria fraca infusão KVO valores fora da faixa de infusão teclado bloqueado memória interna dos últimos 1000 eventos com data e horário em que ocorreram dotada de bateria interna recarregável com autonomia aproximada de 3 horas proteção contra entrada de líquidos (IPX1).

Ficando desde já designada a data de **02.12.2015**, às **08h45min** para o recebimento dos envelopes, sendo que a sessão pública para abertura e julgamento será no mesmo dia às **09h** na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. Mais informações poderão se obtidas na Unidade de Compras e Licitações, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h - Nova Rocha Pombo 1453, telefone (44-3252 4545), fax 44-3252 4545 - "email" licitacao@novaesperanca.pr.gov.br.

Nova Esperança, 12 de novembro de 2015.

Gerson Zanusso
Prefeito Municipal